

Общество с ограниченной ответственностью «Центр лабораторных технологий АБВ» (ООО «ЦЛТ АБВ») ОГРН 1152468043023, ИНН/КПП 2462122080/246401001 660010, Россия, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», д. 160, помещение 20. р/с № 40702.810.3.31000002084 в КРАСНОЯРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8646 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627

Исх.№ 611 120

Дата « 30 » 11 2020г

Генеральному директору

ООО "МК РУСТЕК"

Цао С.К.

Отзыв о работе

вакуумных пробирок для взятия венозной крови RUSTECH

производства компании Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd.

В 2019 г в ООО «Центр лабораторных технологий АБВ» были апробированы вакуумные пробирки RUSTECH: пробирки вакуумные с коагулянтом активатором свертывания и разделительным гелем 5 мл 13*100 и пробирки вакуумные с коагулянтом активаторам свертывания 4 мл 13*75, произведенные компанией Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd.

Апробированные нами пробирки RUSTECH полностью соответствуют требованиям стандарта ГОСТ ISO 6710-2011, предъявляемым к вакуумным пробиркам: соответствие заявленного объема пробы фактическому, качественный материал пробирок и крышек, внесенный реагент соответствует заявленному типу исследования, цветовая кодировка крышек соответствует добавке. Также пробирки устойчивы к механическому воздействию и образованию трещин; выдерживают рекомендуемый режим центрифугирования. Влияний на правильность полученных результатов анализов не отмечалось. Апробированные пробирки не уступают европейским аналогам.

Рекомендуем вакуумные пробирки RUSTECH для использования в ЛПУ России.

Генеральный директор



Т.Г.Скореходова

